

2017年11月  
No.17-162a(山)※1

## 「ノロウイルス抗原:EIA」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、標記項目につきましては測定試薬の販売中止に伴い、同一メーカーが販売する改良試薬に変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申上げます。

改良試薬ではノロウイルスG II.17型に対する反応性が改良されています。

誠に勝手ではございますが、事情を賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■対象項目/変更内容

##### ●[4094] ノロウイルス抗原:EIA

変更内容	新	旧
検査方法	EIA [デンカ生研]	EIA [デンカ生研]

#### 【判定一致率】

		旧法		
		陽性	陰性	計
新法	陽性	48	2*	50
	陰性	0	50	50
	計	48	52	100

陽性一致率:100%(48/48)

陰性一致率:96.2%(50/52)

判定一致率:98.0%(98/100)

※乖離した2検体をPCR法で検証した結果、  
陽性と判定されました。

(LSI検討データ)

#### ■変更期日

●2017年11月30日(木)受付日分より

以上